

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No:200278052

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: IGGP-9566-44

共3页 第1页



委托单位	通化市五一环保科技股份有限公司 地址: 通化市二道江经济开发区		
客户认定信息	负氧离子纳米防护口罩 10个 商标: 航天五一 号型规格: 175×95mm(±5mm) 生产单位: 江西赫耐特实业有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-09-01
		报告签发日期	2020-09-08
判定依据	YY 0469-2011 《医用外科口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	细菌过滤效率	YY 0469-2011	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		


 签发: 郭子山 高级工程师 **郭子山**

样品图片

(电子版)

No:200278052

共3页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

No: 200278052

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积: 49cm ² 气体流速: 28.3L/min 平均颗粒直径: 3.0 μm 阳性质控值: 1.9×10 ³ CFU 阴性质控值: <1CFU	≥95	BFE ₁ 99.3 BFE ₂ 99.6 BFE ₃ 99.2	符合	
备注	(本栏空白)				



—————本报告结束—————